

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от « 25 » _____ мая 2026 г. № 999

Сведения
об утвержденном типе средства измерений

№ п/п	Наименование типа	Обозначение типа	Код характера производства	Рег. Номер	Зав. номер(а) *	Изготовители	Правообладатель	Код идентификации производства	Методика поверки	Интервал между поверками	Заявитель	Юридическое лицо, проводившее испытания	Дата утверждения акта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Уровнемеры буйковые пневматические	УБ	С	98546-26	Модификация УБ-ПВ с зав. №07771; модификация УБ-П с зав. №07772	Общество с ограниченной ответственностью "Завод «Тизприбор» (ООО "Завод «Тизприбор»)), г. Дзержинск, Нижегородская обл. ИНН 7713736815	Общество с ограниченной ответственностью "Завод «Тизприбор» (ООО "Завод «Тизприбор»)), г. Дзержинск, Нижегородская обл. ИНН 7713736815	ОС	РТ-МП-199-208-2026 «ГСИ. Уровнемеры буйковые пневматические УБ. Методика поверки»	1 год - для уровнемеров с пределами допускаемой абсолютной погрешности (при переводе из приведенной) $\leq \pm 3$ мм; 3 года - для уровнемеров с пределами допускаемой абсолютной погрешности (при переводе из приведенной) свыше ± 3 мм	Общество с ограниченной ответственностью "Завод «Тизприбор» (ООО "Завод «Тизприбор»)), г. Дзержинск, Нижегородская обл. ИНН 7713736815	ФБУ «НИЦ ПМ – Ростест», г. Москва	27.03.2026