

Регистрационный № ГСО 10783-2016

Лист № 1
Всего листов 2

ОПИСАНИЕ ТИПА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА

СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ МАССОВОЙ ДОЛИ ЗОЛОТА В УГЛЕ
АКТИВИРОВАННОМ (ЗАУ-1)

Назначение стандартного образца: аттестация методик измерений и контроль точности результатов измерений массовой доли золота в угле активированном атомно-абсорбционным и пробирным методами.

СО может быть использован для установления и контроля стабильности градуировочной (калибровочной) характеристики средств измерений массовой доли золота в угле активированном при соответствии метрологических характеристик стандартного образца требованиям методик измерений.

Область экономики и сферы деятельности, где планируется применение стандартного образца: цветная металлургия, научные исследования.

Описание стандартного образца: стандартный образец представляет собой порошок угля активированного черного цвета, полученный при сорбционном извлечении золота из золотосодержащих руд, расфасованный по 100 г в полиэтиленовые банки с этикеткой.

Форма выпуска: единичное производство.

Метрологические характеристики: аттестованная характеристика – массовая доля золота, %.

Т а б л и ц а 1 – Метрологические характеристики стандартного образца

Элемент	Аттестованное значение, %	Границы абсолютной погрешности аттестованного значения СО при $P=0,95 (\pm\Delta)$, %
Золото	0,0091	0,0004

Прослеживаемость аттестованного значения к единице величины «масса» (кг), воспроизводимой ГЭТ 3 Государственным первичным эталоном единицы величины масса – килограмма, обеспечена в рамках межлабораторного эксперимента применением поверенных средств измерений и утвержденных типов стандартных образцов испытательными лабораториями, в том числе аккредитованными на соответствие ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009.

Срок годности экземпляра: 15 лет.

Знак утверждения типа: наносят полиграфическим способом в правый верхний угол первого листа паспорта и в правый верхний угол этикетки СО.

Комплектность стандартного образца: экземпляр СО, сопровождаемый этикеткой и паспортом СО утвержденного типа, оформленными по ГОСТ Р 8.691-2010 «ГСИ. Стандартные образцы материалов (веществ). Содержание паспортов и этикеток».

Документы, устанавливающие требования к стандартному образцу:

1. Наименование и обозначение технической документации, по которой выпущен стандартный образец:

- Техническое задание на разработку стандартного образца массовой доли золота в угле активированном (ЗАУ-1), стандартного образца массовой доли золота в угле активированном (ЗАУ-2), стандартного образца массовых долей золота и серебра в угле активированном (ЗАУ-3), утвержденное ОАО «Иргиредмет» 24 ноября 2015 г.
- Программа испытаний в целях утверждения типа стандартного образца массовой доли золота в угле активированном (ЗАУ-1), стандартного образца массовой доли золота в угле активированном (ЗАУ-2), стандартного образца массовых долей золота и серебра в угле активированном (ЗАУ-3), утвержденная ФГУП «УНИИМ» 18 февраля 2016 г.

2. Наименование и обозначение документов, определяющих применение стандартного образца:

- ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 «ГСИ. Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике»;
- РМГ 61-2010 «ГСИ. Показатели точности, правильности, прецизионности методик количественного химического анализа. Методы оценки»;
- РМГ 76-2014 «ГСИ. Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа»;
- РМГ 54-2002 «ГСИ. Характеристики градуировочных средств измерений состава и свойств веществ и материалов. Методика выполнения измерений с использованием стандартных образцов».

3. Периодичность актуализации технической документации на стандартный образец:
не реже одного раза в пять лет.

Номер экземпляра, дата выпуска: в целях внесения изменений в сведения об утвержденном типе стандартного образца представлены экземпляры с № 1 по № 100, 30 июня 2016 г.

Производитель

Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов» (АО «Иргиредмет»)

ИНН 3808002300

Юридический адрес и адрес фактического места осуществления деятельности: 664025, г. Иркутск, бульвар Гагарина, д. 38

Телефон: (3952) 728-729, доб. 1148

E-mail: omo@irgiredmet.ru

Сайт: www.irgiredmet.ru

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Уральский научно-исследовательский институт метрологии» (ФГУП «УНИИМ»)

Юридический адрес и адрес фактического места осуществления деятельности: 620000, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 4

Телефон: (343) 350-26-18

Электронная почта: uniim@uniim.ru

Сайт: www.uniim.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.310442.

ОПИСАНИЕ ТИПА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА

**СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ МАССОВОЙ ДОЛИ ЗОЛОТА В УГЛЕ
АКТИВИРОВАННОМ (ЗАУ-2)**

Назначение стандартного образца: аттестация методик измерений и контроль точности результатов измерений массовой доли золота в угле активированном атомно-абсорбционным и пробирным методами.

СО может быть использован для установления и контроля стабильности градуировочной (калибровочной) характеристики средств измерений массовой доли золота в угле активированном при соответствии метрологических характеристик стандартного образца требованиям методик измерений.

Область экономики и сферы деятельности, где планируется применение стандартного образца: цветная металлургия, научные исследования.

Описание стандартного образца: стандартный образец представляет собой порошок угля активированного черного цвета, полученный при сорбционном извлечении золота из золотосодержащих руд, расфасованный по 100 г в полиэтиленовые банки с этикеткой.

Форма выпуска: единичное производство.

Метрологические характеристики: аттестованная характеристика – массовая доля золота, %.

Т а б л и ц а 1 – Метрологические характеристики стандартного образца

Элемент	Аттестованное значение, %	Границы абсолютной погрешности аттестованного значения СО при $P=0,95$ ($\pm\Delta$), %
Золото	0,178	0,007

Прослеживаемость аттестованного значения к единице величины «масса» (кг), воспроизводимой ГЭТ 3 Государственным первичным эталоном единицы величины масса – килограмма, обеспечена в рамках межлабораторного эксперимента применением поверенных средств измерений и утверждённых типов стандартных образцов испытательными лабораториями, в том числе аккредитованными на соответствие ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009.

Срок годности экземпляра: 15 лет.

Знак утверждения типа: наносят полиграфическим способом в правый верхний угол первого листа паспорта и в правый верхний угол этикетки СО.

Комплектность стандартного образца: экземпляр СО, сопровождаемый этикеткой и паспортом СО утвержденного типа, оформленными по ГОСТ Р 8.691-2010 «ГСИ. Стандартные образцы материалов (веществ). Содержание паспортов и этикеток».

Документы, устанавливающие требования к стандартному образцу:

1. Наименование и обозначение технической документации, по которой выпущен стандартный образец:

- Техническое задание на разработку стандартного образца массовой доли золота в угле активированном (ЗАУ-1), стандартного образца массовой доли золота в угле активированном (ЗАУ-2), стандартного образца массовых долей золота и серебра в угле активированном (ЗАУ-3), утвержденное ОАО «Иргиредмет» 24 ноября 2015 г.
- Программа испытаний в целях утверждения типа стандартного образца массовой доли золота в угле активированном (ЗАУ-1), стандартного образца массовой доли золота в угле активированном (ЗАУ-2), стандартного образца массовых долей золота и серебра в угле активированном (ЗАУ-3), утвержденная ФГУП «УНИИМ» 18 февраля 2016 г.

2. Наименование и обозначение документов, определяющих применение стандартного образца:

- ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 «ГСИ. Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике»;
- РМГ 61-2010 «ГСИ. Показатели точности, правильности, прецизионности методик количественного химического анализа. Методы оценки»;
- РМГ 76-2014 «ГСИ. Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа»;
- РМГ 54-2002 «ГСИ. Характеристики градуировочных средств измерений состава и свойств веществ и материалов. Методика выполнения измерений с использованием стандартных образцов».

3. Периодичность актуализации технической документации на стандартный образец:
не реже одного раза в пять лет.

Номер экземпляра, дата выпуска: в целях внесения изменений в сведения об утвержденном типе стандартного образца представлены экземпляры с № 1 по № 100, 30 июня 2016 г.

Производитель

Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов» (АО «Иргиредмет»)

ИНН 3808002300

Юридический адрес и адрес фактического места осуществления деятельности: 664025, г. Иркутск, бульвар Гагарина, д. 38

Телефон: (3952) 728-729, доб. 1148

E-mail: omo@irgiredmet.ru

Сайт: www.irgiredmet.ru

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Уральский научно-исследовательский институт метрологии» (ФГУП «УНИИМ»)

Юридический адрес и адрес фактического места осуществления деятельности: 620000, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 4

Телефон: (343) 350-26-18

Электронная почта: uniim@uniim.ru

Сайт: www.uniim.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.310442.

Регистрационный № ГСО 10785-2016

Лист № 1
Всего листов 2

ОПИСАНИЕ ТИПА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА

**СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ МАССОВОЙ ДОЛИ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА
В УГЛЕ АКТИВИРОВАННОМ (ЗАУ-3)**

Назначение стандартного образца: аттестация методик измерений и контроль точности результатов измерений массовой доли золота и серебра в угле активированном атомно-абсорбционным и пробирным методами.

СО может быть использован для установления и контроля стабильности градуировочной (калибровочной) характеристики средств измерений массовой доли золота и серебра в угле активированном при соответствии метрологических характеристик стандартного образца требованиям методик измерений.

Область экономики и сферы деятельности, где планируется применение стандартного образца: цветная металлургия, научные исследования.

Описание стандартного образца: стандартный образец представляет собой порошок угля активированного черного цвета, полученный при сорбционном извлечении золота и серебра из руд, расфасованный по 100 г в полиэтиленовые банки с этикеткой.

Форма выпуска: единичное производство.

Метрологические характеристики: аттестованная характеристика – массовая доля золота, % и массовая доля серебра, %.

Т а б л и ц а 1 – Метрологические характеристики стандартного образца

Элемент	Аттестованное значение, %	Границы абсолютной погрешности аттестованного значения СО при $P=0,95$ ($\pm\Delta$), %
Золото	0,271	0,008
Серебро	0,0057	0,0005

Прослеживаемость аттестованного значения к единице величины «масса» (кг), воспроизводимой ГЭТ 3 Государственным первичным эталоном единицы величины масса – килограмма, обеспечена в рамках межлабораторного эксперимента применением поверенных средств измерений и утверждённых типов стандартных образцов испытательными лабораториями, в том числе аккредитованными на соответствие ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009.

Срок годности экземпляра: 15 лет.

Знак утверждения типа: наносят полиграфическим способом в правый верхний угол первого листа паспорта и в правый верхний угол этикетки СО.

Комплектность стандартного образца: экземпляр СО, сопровождаемый этикеткой и паспортом СО утвержденного типа, оформленными по ГОСТ Р 8.691-2010 «ГСИ. Стандартные образцы материалов (веществ). Содержание паспортов и этикеток».

Документы, устанавливающие требования к стандартному образцу:

1. Наименование и обозначение технической документации, по которой выпущен стандартный образец:

- Техническое задание на разработку стандартного образца массовой доли золота в угле активированном (ЗАУ-1), стандартного образца массовой доли золота в угле активированном (ЗАУ-2), стандартного образца массовых долей золота и серебра в угле активированном (ЗАУ-3), утвержденное ОАО «Иргиредмет» 24 ноября 2015 г.
- Программа испытаний в целях утверждения типа стандартного образца массовой доли золота в угле активированном (ЗАУ-1), стандартного образца массовой доли золота в угле активированном (ЗАУ-2), стандартного образца массовых долей золота и серебра в угле активированном (ЗАУ-3), утвержденная ФГУП «УНИИМ» 18 февраля 2016 г.

2. Наименование и обозначение документов, определяющих применение стандартного образца:

- ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 «ГСИ. Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике»;
- РМГ 61-2010 «ГСИ. Показатели точности, правильности, прецизионности методик количественного химического анализа. Методы оценки»;
- РМГ 76-2014 «ГСИ. Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа»;
- РМГ 54-2002 «ГСИ. Характеристики градуировочных средств измерений состава и свойств веществ и материалов. Методика выполнения измерений с использованием стандартных образцов».

3. Периодичность актуализации технической документации на стандартный образец:
не реже одного раза в пять лет.

Номер экземпляра, дата выпуска: в целях внесения изменений в сведения об утвержденном типе стандартного образца представлены экземпляры с № 1 по № 110, 30 июня 2016 г.

Производитель

Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов» (АО «Иргиредмет»)
ИНН 3808002300

Юридический адрес и адрес фактического места осуществления деятельности: 664025, г. Иркутск, бульвар Гагарина, д. 38

Телефон: (3952) 728-729, доб. 1148

E-mail: omo@irgiredmet.ru

Сайт: www.irgiredmet.ru

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Уральский научно-исследовательский институт метрологии» (ФГУП «УНИИМ»)

Юридический адрес и адрес фактического места осуществления деятельности: 620000, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 4

Телефон: (343) 350-26-18

Электронная почта: uniim@uniim.ru

Сайт: www.uniim.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.310442.

Регистрационный № ГСО 10786-2016

Лист № 1
Всего листов 2

ОПИСАНИЕ ТИПА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА

**СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ МАССОВОЙ ДОЛИ ЗОЛОТА В СМОЛЕ
ИОНООБМЕННОЙ (ЗИС-1)**

Назначение стандартного образца: аттестация методик измерений и контроль точности результатов измерений массовой доли золота в смоле ионообменной атомно-абсорбционным и пробирным методами.

СО может быть использован для установления и контроля стабильности градуировочной (калибровочной) характеристики средств измерений массовой доли золота в смоле ионообменной при соответствии метрологических характеристик стандартного образца требованиям методик измерений.

Область экономики и сферы деятельности, где планируется применение стандартного образца: цветная металлургия, научные исследования.

Описание стандартного образца: стандартный образец представляет собой гранулы смолы ионообменной бежевого цвета, полученные в процессе сорбционного извлечения золота из золотосодержащих руд, расфасованные по 100 г в полиэтиленовые банки с этикеткой.

Форма выпуска: единичное производство.

Метрологические характеристики: аттестованная характеристика – массовая доля золота, %.

Т а б л и ц а 1 – Метрологические характеристики стандартного образца

Элемент	Аттестованное значение, %	Границы абсолютной погрешности аттестованного значения СО при $P=0,95 (\pm\Delta)$, %
Золото	0,0077	0,0006

Прослеживаемость аттестованного значения к единице величины «масса» (кг), воспроизводимой ГЭТ 3 Государственным первичным эталоном единицы величины масса – килограмма, обеспечена в рамках межлабораторного эксперимента применением поверенных средств измерений и утверждённых типов стандартных образцов испытательными лабораториями, в том числе аккредитованными на соответствие ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009.

Срок годности экземпляра: 15 лет.

Знак утверждения типа: наносят полиграфическим способом в правый верхний угол первого листа паспорта и в правый верхний угол этикетки СО.

Комплектность стандартного образца: экземпляр СО, сопровождаемый этикеткой и паспортом СО утвержденного типа, оформленными по ГОСТ Р 8.691-2010 «ГСИ. Стандартные образцы материалов (веществ). Содержание паспортов и этикеток».

Документы, устанавливающие требования к стандартному образцу:

1. Наименование и обозначение технической документации, по которой выпущен стандартный образец:

- Техническое задание на разработку стандартного образца массовой доли золота в смоле ионообменной (ЗИС-1), стандартного образца массовой доли золота в смоле ионообменной (ЗИС-2), стандартного образца массовой доли золота в смоле ионообменной (ЗИС-3), утвержденное ОАО «Иргиредмет» 24 ноября 2015 г.
- Программа испытаний в целях утверждения типа стандартного образца массовой доли золота в смоле ионообменной (ЗИС-1), стандартного образца массовой доли золота в смоле ионообменной (ЗИС-2), стандартного образца массовой доли золота в смоле ионообменной (ЗИС-3), утвержденная ФГУП «УНИИМ» 18 февраля 2016 г.

2. Наименование и обозначение документов, определяющих применение стандартного образца:

- ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 «ГСИ. Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике»;
- РМГ 61-2010 «ГСИ. Показатели точности, правильности, прецизионности методик количественного химического анализа. Методы оценки»;
- РМГ 76-2014 «ГСИ. Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа»;
- РМГ 54-2002 «ГСИ. Характеристики градуировочных средств измерений состава и свойств веществ и материалов. Методика выполнения измерений с использованием стандартных образцов».

3. Периодичность актуализации технической документации на стандартный образец:
не реже одного раза в пять лет.

Номер экземпляра, дата выпуска: в целях внесения изменений в сведения об утвержденном типе стандартного образца представлены экземпляры с № 1 по № 24, 30 июня 2016 г.

Производитель

Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов» (АО «Иргиредмет»)

ИНН 3808002300

Юридический адрес и адрес фактического места осуществления деятельности: 664025, г. Иркутск, бульвар Гагарина, д. 38

Телефон: (3952) 728-729, доб. 1148

E-mail: omo@irgiredmet.ru

Сайт: www.irgiredmet.ru

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Уральский научно-исследовательский институт метрологии» (ФГУП «УНИИМ»)

Юридический адрес и адрес фактического места осуществления деятельности: 620000, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 4

Телефон: (343) 350-26-18

Электронная почта: uniim@uniim.ru

Сайт: www.uniim.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.310442.

Регистрационный № ГСО 10787-2016

Лист № 1
Всего листов 2

ОПИСАНИЕ ТИПА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА

**СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ МАССОВОЙ ДОЛИ ЗОЛОТА В СМОЛЕ
ИОНООБМЕННОЙ (ЗИС-2)**

Назначение стандартного образца: аттестация методик измерений и контроль точности результатов измерений массовой доли золота в смоле ионообменной атомно-абсорбционным и пробирным методами.

СО может быть использован для установления и контроля стабильности градуировочной (калибровочной) характеристики средств измерений массовой доли золота в смоле ионообменной при соответствии метрологических характеристик стандартного образца требованиям методик измерений.

Область экономики и сферы деятельности, где планируется применение стандартного образца: цветная металлургия, научные исследования.

Описание стандартного образца: стандартный образец представляет собой гранулы смолы ионообменной бежевого цвета, полученные в процессе сорбционного извлечения золота из золотосодержащих руд, расфасованные по 100 г в полиэтиленовые банки с этикеткой.

Форма выпуска: единичное производство.

Метрологические характеристики: аттестованная характеристика – массовая доля золота, %.

Т а б л и ц а 1 – Метрологические характеристики стандартного образца

Элемент	Аттестованное значение, %	Границы абсолютной погрешности аттестованного значения СО при $P=0,95$ ($\pm\Delta$), %
Золото	0,040	0,003

Прослеживаемость аттестованного значения к единице величины «масса» (кг), воспроизводимой ГЭТ 3 Государственным первичным эталоном единицы величины масса – килограмма, обеспечена в рамках межлабораторного эксперимента применением поверенных средств измерений и утверждённых типов стандартных образцов испытательными лабораториями, в том числе аккредитованными на соответствие ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009.

Срок годности экземпляра: 15 лет.

Знак утверждения типа: наносят полиграфическим способом в правый верхний угол первого листа паспорта и в правый верхний угол этикетки СО.

Комплектность стандартного образца: экземпляр СО, сопровождаемый этикеткой и паспортом СО утвержденного типа, оформленными по ГОСТ Р 8.691-2010 «ГСИ. Стандартные образцы материалов (веществ). Содержание паспортов и этикеток».

Документы, устанавливающие требования к стандартному образцу:

1. Наименование и обозначение технической документации, по которой выпущен стандартный образец:

- Техническое задание на разработку стандартного образца массовой доли золота в смоле ионообменной (ЗИС-1), стандартного образца массовой доли золота в смоле ионообменной (ЗИС-2), стандартного образца массовой доли золота в смоле ионообменной (ЗИС-3), утвержденное ОАО «Иргиредмет» 24 ноября 2015 г.
- Программа испытаний в целях утверждения типа стандартного образца массовой доли золота в смоле ионообменной (ЗИС-1), стандартного образца массовой доли золота в смоле ионообменной (ЗИС-2), стандартного образца массовой доли золота в смоле ионообменной (ЗИС-3), утвержденная ФГУП «УНИИМ» 18 февраля 2016 г.

2. Наименование и обозначение документов, определяющих применение стандартного образца:

- ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 «ГСИ. Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике»;
- РМГ 61-2010 «ГСИ. Показатели точности, правильности, прецизионности методик количественного химического анализа. Методы оценки»;
- РМГ 76-2014 «ГСИ. Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа»;
- РМГ 54-2002 «ГСИ. Характеристики градуировочных средств измерений состава и свойств веществ и материалов. Методика выполнения измерений с использованием стандартных образцов».

3. Периодичность актуализации технической документации на стандартный образец:
не реже одного раза в пять лет.

Номер экземпляра, дата выпуска: в целях внесения изменений в сведения об утвержденном типе стандартного образца представлены экземпляры с № 1 по № 20, 30 июня 2016 г.

Производитель

Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов» (АО «Иргиредмет»)

ИНН 3808002300

Юридический адрес и адрес фактического места осуществления деятельности: 664025, г. Иркутск, бульвар Гагарина, д. 38

Телефон: (3952) 728-729, доб. 1148

E-mail: omo@irgiredmet.ru

Сайт: www.irgiredmet.ru

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Уральский научно-исследовательский институт метрологии» (ФГУП «УНИИМ»)

Юридический адрес и адрес фактического места осуществления деятельности: 620000, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 4

Телефон: (343) 350-26-18

Электронная почта: uniim@uniim.ru

Сайт: www.uniim.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.310442.

Регистрационный № ГСО 10788-2016

Лист № 1
Всего листов 2

ОПИСАНИЕ ТИПА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА

**СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ МАССОВОЙ ДОЛИ ЗОЛОТА В СМОЛЕ
ИОНООБМЕННОЙ (ЗИС-3)**

Назначение стандартного образца: аттестация методик измерений и контроль точности результатов измерений массовой доли золота в смоле ионообменной атомно-абсорбционным и пробирным методами.

СО может быть использован для установления и контроля стабильности градуировочной (калибровочной) характеристики средств измерений массовой доли золота в смоле ионообменной при соответствии метрологических характеристик стандартного образца требованиям методик измерений.

Область экономики и сферы деятельности, где планируется применение стандартного образца: цветная металлургия, научные исследования.

Описание стандартного образца: стандартный образец представляет собой гранулы смолы ионообменной бежевого цвета, полученные в процессе сорбционного извлечения золота из золотосодержащих руд, расфасованные по 100 г в полиэтиленовые банки с этикеткой.

Форма выпуска: единичное производство.

Метрологические характеристики: аттестованная характеристика – массовая доля золота, %.

Т а б л и ц а 1 – Метрологические характеристики стандартного образца

Элемент	Аттестованное значение, %	Границы абсолютной погрешности аттестованного значения СО при $P=0,95$ ($\pm\Delta$), %
Золото	0,145	0,010

Прослеживаемость аттестованного значения к единице величины «масса» (кг), воспроизводимой ГЭТ 3 Государственным первичным эталоном единицы величины масса – килограмма, обеспечена в рамках межлабораторного эксперимента применением поверенных средств измерений и утверждённых типов стандартных образцов испытательными лабораториями, в том числе аккредитованными на соответствие ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009.

Срок годности экземпляра: 15 лет.

Знак утверждения типа: наносят полиграфическим способом в правый верхний угол первого листа паспорта и в правый верхний угол этикетки СО.

Комплектность стандартного образца: экземпляр СО, сопровождаемый этикеткой и паспортом СО утвержденного типа, оформленными по ГОСТ Р 8.691-2010 «ГСИ. Стандартные образцы материалов (веществ). Содержание паспортов и этикеток».

Документы, устанавливающие требования к стандартному образцу:

1. Наименование и обозначение технической документации, по которой выпущен стандартный образец:

- Техническое задание на разработку стандартного образца массовой доли золота в смоле ионообменной (ЗИС-1), стандартного образца массовой доли золота в смоле ионообменной (ЗИС-2), стандартного образца массовой доли золота в смоле ионообменной (ЗИС-3), утвержденное ОАО «Иргиредмет» 24 ноября 2015 г.
- Программа испытаний в целях утверждения типа стандартного образца массовой доли золота в смоле ионообменной (ЗИС-1), стандартного образца массовой доли золота в смоле ионообменной (ЗИС-2), стандартного образца массовой доли золота в смоле ионообменной (ЗИС-3), утвержденная ФГУП «УНИИМ» 18 февраля 2016 г.

2. Наименование и обозначение документов, определяющих применение стандартного образца:

- ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 «ГСИ. Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике»;
- РМГ 61-2010 «ГСИ. Показатели точности, правильности, прецизионности методик количественного химического анализа. Методы оценки»;
- РМГ 76-2014 «ГСИ. Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа»;
- РМГ 54-2002 «ГСИ. Характеристики градуировочных средств измерений состава и свойств веществ и материалов. Методика выполнения измерений с использованием стандартных образцов».

3. Периодичность актуализации технической документации на стандартный образец:
не реже одного раза в пять лет.

Номер экземпляра, дата выпуска: в целях внесения изменений в сведения об утвержденном типе стандартного образца представлены экземпляры с № 1 по № 21, 30 июня 2016 г.

Производитель

Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов» (АО «Иргиредмет»)

ИНН 3808002300

Юридический адрес и адрес фактического места осуществления деятельности: 664025, г. Иркутск, бульвар Гагарина, д. 38

Телефон: (3952) 728-729, доб. 1148

E-mail: omo@irgiredmet.ru

Сайт: www.irgiredmet.ru

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Уральский научно-исследовательский институт метрологии» (ФГУП «УНИИМ»)

Юридический адрес и адрес фактического места осуществления деятельности: 620000, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 4

Телефон: (343) 350-26-18

Электронная почта: uniim@uniim.ru

Сайт: www.uniim.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.310442.