

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от « 27 » _____ мая 2026 г. № 1022

Сведения
об утвержденном типе средства измерений, подлежащие изменению
в части сведений об интервале между поверками

№ п/п	Наименование типа	Обозначение типа	Регистрационный номер в ФИФ	Правообладатель	Устанавливаемый интервал между поверками	Заявитель	Юридическое лицо, проводившее испытания
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Преобразователи температуры	ДТЛ	94181-24	-	5 лет	Акционерное общество «Концерн «Научно- производственное объединение «Аврора» (АО «Концерн «НПО «Аврора»», г. Санкт-Петербург	ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», г. Санкт-Петербург