

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от « 01 » _____ июня 2026 г. № 1058

Сведения
об утвержденных типах средств измерений

№ п/ п	Наименование типа	Обозначение типа	Код характера производства	Рег. Номер	Зав. номер(а) *	Изготовители	Правообладатель	Код идентификации производства	Методика поверки	Интервал между поверками	Заявитель	Юридическое лицо, проводившее испытания	Дата утверждения акта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Установки воздушно-тепловые для измерений влажности зерна и зернопродуктов	СЭШ-10ЭМ	С	98620-26	176, 177	Индивидуальный предприниматель Мелкумян Арман Карленович (ИП Мелкумян А.К.), г. Ростов-на-Дону, ИНН 616600669855	Индивидуальный предприниматель Мелкумян Арман Карленович (ИП Мелкумян А.К.), г. Ростов-на-Дону, ИНН 616600669855	ОС	МП 47-241(243)-2025 «ГСИ. Установки воздушно-тепловые для измерений влажности зерна и зернопродуктов СЭШ-10ЭМ. Методика поверки»	1 год	Индивидуальный предприниматель Мелкумян Арман Карленович (ИП Мелкумян А.К.), г. Ростов-на-Дону, ИНН 616600669855	УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», г. Екатеринбург	26.01.2026
2.	Хроматографы газовые специализированные	МАГ КС 50.360-000-02	С	98621-26	Исполнение 1 с сер. № 06241158; исполнение 2 с сер. № 06241159	Общество с ограниченной ответственностью Научно-техническая фирма	Общество с ограниченной ответственностью Научно-техническая фирма	ОС	МП-242-2620-2025 «ГСИ. Хроматографы газовые специализированные»	1 год	Общество с ограниченной ответственностью Научно-техническая фирма	ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», г. Санкт-Петербург	10.04.2026

						«БАКС» (ООО НТФ «БАКС»), г. Самара, ИНН 6311007747	«БАКС» (ООО НТФ «БАКС»), г. Самара, ИНН 6311007747		специализированные МАГ КС 50.360-000-02. Методика поверки»		«БАКС» (ООО НТФ «БАКС»), г. Самара, ИНН 6311007747		
3.	Пластины плоские стеклянные	U-Optics	С	98622-26	ПИ-60 зав. № УС8РЗ-G1, ПИ-100 зав. № УС8РЗ-G2, ПИ-150 зав. № УС8РЗ-G3, ПИ-250 зав. № УС8РЗ-G4	Закрытое акционерное общество Научно-производственная фирма «УРАН» (ЗАО НПФ «Уран»), г. Санкт-Петербург ИНН 7805269568 (производственная площадка: Suzhou Yuchuan Optical Instrument Co., Ltd., Китай)	Закрытое акционерное общество Научно-производственная фирма «УРАН» (ЗАО НПФ «Уран»), г. Санкт-Петербург ИНН 7805269568	ОС	РТ-МП-2037-203-2025 «ГСИ. Пластины плоские стеклянные U-Optics. Методика поверки»	1 год	Закрытое акционерное общество Научно-производственная фирма «УРАН» (ЗАО НПФ «Уран»), г. Санкт-Петербург ИНН 7805269568	ФБУ «НИЦ ПМ - Ростест», г. Москва	06.02.2026
4.	Реометры ротационные	МС-РВДТ-1402	С	98623-26	22092025-01, 01092025-01, 12092025-01, 05092025-01	Общество с ограниченной ответственностью «МАС-Сервис» (ООО «МАС-Сервис»), г. Новосибирск, ИНН 5408306700	Общество с ограниченной ответственностью «МАС-Сервис» (ООО «МАС-Сервис»), г. Новосибирск, ИНН 5408306700	ОС	МП 109-251-2025 «ГСИ. Реометры ротационные МС-РВДТ-1402. Методика поверки»	1 год	Общество с ограниченной ответственностью «МАС-Сервис» (ООО «МАС-Сервис»), г. Новосибирск, ИНН 5408306700	УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», г. Екатеринбург	12.02.2026
5.	Спектрометры оптико-эмиссионные с индуктив-	SynOptic	С	98624-26	Модификация SynOptic 550 с сер. № ICP-33048-0, модификация	Общество с ограниченной ответственностью «Синер-	Общество с ограниченной ответственностью «Синер-	ОС	МП 103-251-2025 «ГСИ. Спектро-	1 год	Общество с ограниченной ответственностью «Синер-	УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделее-	12.02.2026

	но-связанной плазмой				SynOptic 550 Pro с сер. № ICP-43048-0	кон» (ООО «Синеркон»), г. Москва, ИНН 7728641644	кон» (ООО «Синеркон»), г. Москва, ИНН 7728641644		метры оптико-эмиссионные с индуктивно-связанной плазмой SynOptic. Методика поверки»		кон» (ООО «Синеркон»), г. Москва, ИНН 7728641644	ева», г. Екатеринбург	
6.	Источники питания постоянного тока	АКИП-11101	С	98625-26	АКИП-11101-10000-03, № 25112132	Hunan Next Generation Instrumental T&C Tech. Co., Ltd., Китай	Hunan Next Generation Instrumental T&C Tech. Co., Ltd., Китай	ОС	МП-ПР-10-2026 «ГСИ. Источники питания постоянного тока АКИП-11101. Методика поверки»	2 года	Акционерное общество «Приборы, Сервис, Торговля» (АО «ПриСТ»), г. Москва, ИНН 7721212396	АО «ПриСТ», г. Москва	17.03.2026
7.	Спектрофлуориметры	FluM	С	98626-26	Модификация FluM350 с сер. №№ FM35023031, F350001D, F350001B; модификация FluM200 с сер. № F200001D; модификация FluM157Pro с сер. №№ F157P001C, 157Pro24034; модификация FluM157 с сер. № F157001D; модификация FluM156Pro с сер. № 46161024021	Shanghai Lengguang Technology Co., Ltd, Китай	Shanghai Lengguang Technology Co., Ltd, Китай	ОС	МП 033.Д4-25 «ГСИ. Спектрофлуориметры FluM. Методика поверки»	1 год	Общество с ограниченной ответственностью «Лабконцепт» (ООО «Лабконцепт»), г. Санкт-Петербург, ИНН 7801697467	ФГБУ «ВНИИОФИ», г. Москва	12.12.2025
8.	Нивелиры цифровые	EFT L-0.7	С	98627-26	020082	Changzhou Xin Ruide Instrument Co., Ltd., Китай	Changzhou Xin Ruide Instrument Co., Ltd., Китай	ОС	МП-27/028-2025 «ГСИ. Нивелиры	1 год	Общество с ограниченной ответственностью «ЕФТ	ФГБУ «ГНМЦ» Минобороны России, Москов-	15.09.2025

									цифровые EFT L-0.7. Методика поверки»		ГРУПП» (ООО «ЕФТ ГРУПП»), г. Москва ИНН 9715387881	ская обл., г. Мытищи	
9.	Рефлектометр спектральный	HMS01	E	98628-26	9500294522	Scientific Computing International (SCI), Соединенные Штаты Америки	Закрытое акционерное общество «Волга-Информ» (ЗАО «Волга-Информ»), г. Нижний Новгород, ИНН 5260069010	ОС	МП 009.М44-26 «ГСИ. Рефлектометр спектральный HMS01. Методика поверки»	1 год	Закрытое акционерное общество «Волга-Информ» (ЗАО «Волга-Информ»), г. Нижний Новгород, ИНН 5260069010	ФГБУ «ВНИИОФИ», г. Москва	19.03.2026
10.	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии Краснодарской ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ - Кубаньэнерго»	Обозначение отсутствует	E	98629-26	01/26	Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОМЕТРОЛОГИЯ» (ООО «ЭНЕРГОМЕТРОЛОГИЯ»), г. Москва ИНН 7714348389	Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ - Кубаньэнерго» (ООО «ЛУКОЙЛ - Кубаньэнерго»), г. Краснодар ИНН 2312159262	ОС	МП 26.51/390/26 «ГСИ. Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии Краснодарской ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ - Кубаньэнерго». Методика поверки»	4 года	Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОМЕТРОЛОГИЯ» (ООО «ЭНЕРГОМЕТРОЛОГИЯ»), г. Москва ИНН 7714348389	ООО «Энерготестконтроль», г. Москва	20.03.2026
11.	Трансформаторы тока	ТОЛ 10 У3	E	98630-26	014, 102, 283, 464, 500, 519, 1042, 1045, 1186, 1232,	ПО «Урал-электротяжмаш»,	ПО «Урал-электротяжмаш»,	ОС	ГОСТ 8.217-2024 «ГСИ.	4 года	Общество с ограниченной ответствен-	ФБУ «НИЦ ПМ - Ростест», г. Москва	10.04.2026

					1688, 1715, 3471, 3798, 3983, 4051, 4072, 4077, 4462, 4861, 5085, 5256, 8026, 8074, 20771, 20802	г. Свердловск (изготовлены в 1982-1989 гг.)	г. Свердловск		Трансформаторы тока. Методика поверки»		стью «Инженерный центр «ЭНЕРГОАУДИТ-КОНТРОЛЬ» (ООО «ИЦ ЭАК»), г. Москва, ИНН 7733157421		
12.	Измерители крутящего момента силы	РН-20а-2 1/2»	С	98631-26	901115435	«Maschinenfabrik Wagner GmbH & Co.KG», Германия	«Maschinenfabrik Wagner GmbH & Co.KG», Германия	ОС	ГОСТ Р 8.796-2012 «ГСИ. Измерители крутящего момента силы. Методика поверки» (по 1-му способу)	1 год	Общество с ограниченной ответственностью «НТ-Сервис» (ООО «НТ-Сервис»), г. Москва ИНН 7733797693	ФБУ «НИЦ ПМ - Ростест», г. Москва	25.06.2025
13.	Газоанализаторы	SFOCX-300	С	98632-26	Исполнение с выносным блоком электроники с сер. № 003X1X0001	Guoyi (Beijing) Analytical Instrument Co., LTD, Китай	Guoyi (Beijing) Analytical Instrument Co., LTD, Китай	ОС	МП-1050-2025 «ГСИ. Газоанализаторы SFOCX-300. Методика поверки»	1 год	Guoyi (Beijing) Analytical Instrument Co., LTD, Китай	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ Метрология», Московская обл., г. Чехов	30.10.2025