

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «⁰³» _____ июня 2026 г. № 1072

Сведения
об утвержденном типе средства измерений, подлежащие изменению
в части сведений об интервале между поверками

№ п/п	Наименование типа	Обозначение типа	Регистрационный номер в ФИФ	Правообладатель	Устанавливаемый интервал между поверками	Заявитель	Юридическое лицо, проводившее испытания
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Расходомеры-счетчики ультразвуковые	ИРВИС- Ультра	74731-19	-	4 года	Общество с ограниченной ответственностью Научно- производственное предприятие «ИРВИС» (ООО НПП «ИРВИС»), г. Казань	ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», г. Казань