

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «03» _____ июня 2026 г. № 1076

Сведения
об утвержденном типе средства измерений

№ п/ п	Наименование типа	Обозначение типа	Код ха- рак- тера про- из- вод- ства	Рег. Номер	Зав. номер(а) *	Изготовители	Правооблада- тель	Код иден- тифи- кации про- из- вод- ства	Методика повер- ки	Интервал между поверками	Заявитель	Юридическое лицо, прово- дившее испы- тания	Дата утвер- жде- ния акта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Преобразо- ватели дав- ления изме- рительные	PANAM	С	98550-26	мод. PPT-101 № 2502PP00003, мод. PPT-101 № 2502PP00001, мод. PDPT-201 № 2502PP00018, мод. PDPT-201 № 2502PP00013	«PANAM ENGINEERS LTD.», Ин- дия	«PANAM ENGINEERS LTD.», Индия	ОС	РТ-МП-372-202- 2026 (с измене- нием № 1) «Государствен- ная система обеспечения единства измерений. Преобразова- тели давления измерительные. Методика поверки»	2 года - для преобразователей с пределами до- пускаемой основ- ной погрешности ±0,05 %; 3 года – для преобразова- телей с пределами допускаемой основной погрешности ±0,075%; ±0,1%; ±0,25%; ±0,3%; ±0,6%	Общество с ограниченной ответственно- стью «ПЭНАМ ИНЖИНИРЗ» (ООО «ПЭНАМ ИНЖИ- НИРЗ»), Мос- ковская обл., г.о Раменский ИНН 5040158635	ФБУ «НИЦ ПМ - Ро- стест», г. Москва	02.02. 2026