

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от « 03 » _____ июня 2026 г. № 1079

Сведения
об утвержденных типах средств измерений, подлежащие изменению
в части конструктивных изменений, влияющих на метрологические характеристики средств измерений

№ п/п	Наименование типа	Обозначение типа	Заводской номер	Регистрационный номер в ФИФ	Правообладатель	Отменяемая методика поверки	Действие методики поверки сохраняется	Устанавливаемая методика поверки	Интервал между поверками	Добавляемый изготовитель	Дата утверждения акта испытаний	Заявитель	Юридическое лицо, проводившее испытания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
1.	Трубопоршневые поверочные установки	ТПУ	Модификация ТПУ-275 передвижное исполнение зав. №2/25, модификация ТПУ-1100 передвижное исполнение зав. №1/25	76730-19	-	-	МИ 1972-95; МИ 2974-2006; МИ 3155-2008; МИ 3593-2017	-	1 год - для трубопоршневых поверочных установок ТПУ передвижного исполнения; 2 года - для трубопоршневых поверочных установок ТПУ стационарного исполнения	-	26.12.2025	Акционерное общество «Транснефть – Автоматизация и Метрология» (АО «Транснефть - Автоматизация и Метрология»), г. Москва	Акционерное общество «Транснефть – Автоматизация и Метрология» (АО «Транснефть - Автоматизация и Метрология»), г. Москва
2.	Счетчики количества жидкости	ЭМИС-МЕРА 300	ЭМИС-МЕРА 300 - 210-Ц-Э5-К-М-Г-НД-БК-ГП зав. № 1460; ЭМИС-МЕРА 300 - 030-Э4-М-Г-	65918-16	-	-	ЭМ-300.000.000.00 0.00 МП	-	6 лет - для счетчиков исполнения повышенной надежности (НД); 3 года - для остальных	-	04.10.2025	Акционерное общество «Электронные и механические измерительные системы» (АО «ЭМИС»),	ВНИИР – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», г. Казань

			НД-БК-ГП зав. №1461, ЭМИС-МЕРА 300 - 210-Ц- Э5-К-М-Г-НД- БК-ГП зав. №1473, ЭМИС-МЕРА 300 - 030-Э4- М-Г-НД-БК- ГП зав. №1474						исполнений			г. Челябинск	
--	--	--	---	--	--	--	--	--	------------	--	--	--------------	--