

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к приказу Федерального агентства  
по техническому регулированию  
и метрологии  
от «<sup>09</sup>\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ июня 2026 г. № <sup>1124</sup>\_\_\_\_

Сведения  
о признании результатов испытаний и утверждения типа, первичной поверки средства измерений

| №<br>п/<br>п | Наименование типа                                                           | Обозначение<br>типа | Регистра-<br>ционный<br>номер | Изготовитель                                                                                          | Методика<br>поверки                                | Интервал<br>между<br>поверками                                                                                                                                                   | Юридическое лицо,<br>выдавшее заключение по<br>результатам<br>метрологической<br>экспертизы | Прилагаемые<br>документы                     | Организация,<br>проводящая<br>первичную поверку                                                                                                     | Срок<br>действия |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1            | 2                                                                           | 3                   | 4                             | 5                                                                                                     | 6                                                  | 7                                                                                                                                                                                | 8                                                                                           | 9                                            | 10                                                                                                                                                  | 11               |
| 1.           | Счетчики активной<br>и реактивной<br>электрической<br>энергии<br>трехфазные | СЕ318ВУ             | 85594-26                      | ООО<br>«Фанипольский<br>завод<br>измерительных<br>приборов<br>«Энергомера»,<br>Республика<br>Беларусь | МРБ МП.4436-2025<br>в редакции с<br>изменением № 1 | 10 лет - для<br>модификаций<br>счетчиков с<br>сочетанием<br>классов<br>точности по<br>активной/реак-<br>тивной<br>энергии<br>0,5S/0,5; 16 лет<br>- для<br>остальных<br>счетчиков | ФГУП «ВНИИМ<br>им. Д.И. Менделеева»,<br>г. Санкт-Петербург                                  | Согласно<br>приложению<br>№ 1.1 к<br>приказу | Республиканское<br>унитарное<br>предприятие<br>«Белорусский<br>государственный<br>институт<br>метрологии» (РУП<br>«БелГИМ»),<br>Республика Беларусь | 12.11.2030       |