

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «11» июня 2026 г. № 1154

Сведения
об утвержденном типе средств измерений

№ п/п	Наименование типа	Обозначение типа	Код характера производства	Рег. Номер	Зав. номер(а) *	Изготовители	Правообладатель	Код идентификации производства	Методика поверки	Интервал между поверками	Заявитель	Юридическое лицо, проводившее испытания	Дата утверждения акта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Уровнемеры радарные	ЭЛЕ- МЕР- УР-32	С	98257-26	ЭЛЕМЕР- УР- 32/М1 с зав. № 3226001, ЭЛЕМЕР- УР-32/М2 с зав. № 3226002	Общество с ограниченной ответственностью Научно- производственное предприятие «ЭЛЕМЕР» (ООО НПП «ЭЛЕМЕР»), г. Москва, г. Зеленоград ИНН 5044003551	Общество с ограниченной ответственностью Научно- производствен- ное предприятие «ЭЛЕМЕР» (ООО НПП «ЭЛЕМЕР»), г. Москва, г. Зеленоград ИНН 5044003551	ОС	РТ-МП-192- 208-2026 с изменением №1 «ГСИ. Уровнемеры радарные ЭЛЕМЕР-УР- 32. Методика поверки»	1 год - для уровнемеров с пределами допускаемой абсолютной погрешности $\leq \pm 3$ мм; 3 года - для уровнемеров с пределами допускаемой абсолютной погрешности свыше ± 3 мм; 3 года - для уровне- меров, рабо- тающих при избыточном	Общество с ограниченной ответственностью Научно- производствен- ное предприятие «ЭЛЕМЕР» (ООО НПП «ЭЛЕМЕР»), г. Москва, г. Зеленоград ИНН 5044003551	ФБУ «НИЦ ПМ - Ростест», г. Москва	26.02. 2026

										давлении; 5 лет - для уровнемеров для измере- ний уровня сжиженных газов			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--