

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от « 17 » _____ июня 2026 г. № 1196

Сведения
об утвержденном типе средств измерений, подлежащие изменению
в части сведений об интервалах между поверками

№ п/п	Наименование типа	Обозначение типа	Регистрационный номер в ФИФ	Правообладатель	Устанавливаемый интервал между поверками	Заявитель	Юридическое лицо, проводившее испытания
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Измерители уровня многофункциональные	ДУУ4МА	89645-23	Акционерное общество «Альбатрос» (АО «Альбатрос»), г. Москва	1 год – для уровнемеров с пределами допускаемой абсолютной погрешности $\leq \pm 3$ мм; 3 года – для уровнемеров с пределами допускаемой абсолютной погрешности свыше ± 3 мм; 3 года – для уровнемеров, работающих при избыточном давлении (кроме работающих с сжиженными газами); 5 лет – для уровнемеров (датчиков уровня, измерителей уровня) для измерений уровня сжиженных газов	Акционерное общество «Альбатрос» (АО «Альбатрос»), г. Москва	ФБУ «НИЦ ПМ – Ростест», г. Москва