

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от « 22 » _____ июня 2026 г. № 1218

Сведения
об утвержденных типах средств измерений

№ п/ п	Наименование типа	Обозначение типа	Код характера производства	Рег. Номер	Зав. номер(а) *	Изготовители	Правообладатель	Код идентификации производства	Методика поверки	Интервал между поверками	Заявитель	Юридическое лицо, проводившее испытания	Дата утверждения акта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Система измерений количества нефти сырой (СИКНС) мобильной установки предварительного сброса воды «МУПСВ-Соровская»	Обозначение отсутствует	Е	98793-26	623	Общество с ограниченной ответственностью «МЦЭС-СК» (ООО «МЦЭС-СК»), г. Москва ИНН 5635020841	Общество с ограниченной ответственностью «РН-Юганскнефтегаз» (ООО «РН-Юганскнефтегаз»), г. Нефтеюганск, ХМАО - Югра ИНН 8604035473	ОС	МП-1028-2025 «Государственная система обеспечения единства измерений. Система измерений количества нефти сырой (СИКНС) мобильной установки предварительного сброса воды «МУПСВ-Соров-	1 год	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «НефтеХим-Проект» (ООО «НПО «НХП»), г. Краснодар ИНН 2635831153	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ Метрология», г. Чехов, Московская обл.	06.10.2025

									ская». Методика поверки»				
2.	Систем измерительная интегрированная испытательного программно-технического комплекса	Обозначение отсутствует	Е	98794-26	001	Акционерное общество «Научно-производственный центр «МЕРА» (АО «НПЦ» «МЕРА»), Московская обл., г. Королев ИНН 5018085734	Акционерное общество «Научно-производственный центр «МЕРА» (АО «НПЦ» «МЕРА»), Московская обл., г. Королев ИНН 5018085734	ОС	БЛИЖ.401 203.100.09 8 МП «ГСИ. Система измерительная интегрированная испытательного программно-технического комплекса. Методика поверки»	1 год	Акционерное общество «Научно-производственный центр «МЕРА» (АО «НПЦ» «МЕРА»), Московская обл., г. Королев ИНН 5018085734	ФГБУ «ГНМЦ» Минобороны России, Московская обл., г. Мытищи	25.12.2025
3.	Барьеры искробезопасности	КТБ	С	98795-26	Мод. КТБ-AI.DB № 310305001 250311 000002; Мод. КТБ-AO.DB № 310305002 250311 000002; Мод. КТБ-TE.DB № 310305007 250311 000001	Общество с ограниченной ответственностью «КОНКОР ТЕХНОЛОДЖИ» (ООО «КОНКОР»), г. Санкт-Петербург ИНН 7816750730	Общество с ограниченной ответственностью «КОНКОР ТЕХНОЛОДЖИ» (ООО «КОНКОР»), г. Санкт-Петербург ИНН 7816750730	ОС	РТ-МП-1113-201/2-2025 «ГСИ. Барьеры искробезопасности КТБ. Методика поверки»	2 года	Общество с ограниченной ответственностью «КОНКОР ТЕХНОЛОДЖИ» (ООО «КОНКОР»), г. Санкт-Петербург ИНН 7816750730	ФБУ «НИЦ ПМ - Ростест», г. Москва	16.01.2026
4.	Комплексы программно-технические	Алабуга	С	98796-26	AVDC-1.1_57329	Общество с ограниченной ответственностью «Алабуга Девелопмент» (ООО «Алабуга Девелопмент»), Республика	Общество с ограниченной ответственностью «Алабуга Девелопмент» (ООО «Алабуга Девелопмент»), Республика	ОС	МП-1032-2025 «Государственная система обеспечения единства измерений. Комплексы	4 года	Общество с ограниченной ответственностью «Алабуга Девелопмент» (ООО «Алабуга Девелопмент»), Республика	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ Метрология», г. Чехов	12.02.2026

						Татарстан, г. Елабуга ИНН 1646043699	Татарстан, г. Елабуга ИНН 1646043699		программ- но- техниче- ские Ала- буга. Ме- тодика по- верки»		Татарстан, г. Елабуга ИНН 1646043699		
5.	Датчики си- лоизмери- тельные тен- зорезистор- ные	Обозна- чение отсут- ствует	Е	98797-26	модификация ДДР- 2 с зав. №: P0201; модификация ДДР- 5 с зав. №№ 119, P0501, P0502, P0503; модифика- ция ДДР-10 с зав. №№ P1001, P1002, P1003, P1004, P1005, P1006, P1007, P1008, P1009, P1010; мо- дификация ДДР-20 с зав. №№ P2001, P2002, P2003, P2004, P2007, P2019; модифика- ция ДСТУ-5 с зав. №№ 05003, 05005; модификация ДСТУ-10 с зав. №№ 10001, 10003, 10005, 10006, 10008, 10009; мо- дификация ДСТУ- 20 с зав. №№ 20001, 20005, 20006, 20007, 20008, 20009	Центральный аэрогидроди- намический институт име- ни профессора Н.Е. Жуков- ского («ЦА- ГИ»), г. Жу- ковский, Мос- ковская обл. (изготовлены в 1988 г.)	Федеральное автономное учреждение «Центральный аэрогидроди- намический институт им. профессора Н.Е. Жуков- ского» (ФАО «ЦАГИ»), г. Жуковский, Московская обл. ИНН 5040177331	ОС	МП 4.28.049- 2026 «ГСИ. Датчики силоизме- рительные тензорези- сторные. Методика поверки»	1 год	Акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюши- на» (АО «Ил»), г. Москва ИНН 7714027882	ФАО «ЦАГИ», г. Жуковский, Московская обл.	06.10.2025
6.	Резервуар стальной горизон- тальный ци- линдриче-	РГС-25	Е	98798-26	6	Общество с ограниченной ответственно- стью «ТАИФ- НК АЗС»	Общество с ограниченной ответственно- стью «ТАИФ- НК АЗС»	ОС	ГОСТ 8.346-2000 «ГСИ. Ре- зервуары стальные	5 лет	Общество с ограниченной ответственно- стью «ТАИФ- НК АЗС»	ООО «Метро- КонТ», г. Казань	03.04.2026

	ский					(ООО «ТАИФ-НК АЗС»), г. Казань ИНН 1639028805	(ООО «ТАИФ-НК АЗС»), г. Казань ИНН 1639028805		горизонтальные цилиндрические. Методика поверки»		(ООО «ТАИФ-НК АЗС»), г. Казань ИНН 1639028805		
7.	Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические	РГС-10	Е	98799-26	1, 2, 3, 4, 5, 6	Общество с ограниченной ответственностью «ТАИФ-НК АЗС» (ООО «ТАИФ-НК АЗС»), г. Казань ИНН 1639028805	Общество с ограниченной ответственностью «ТАИФ-НК АЗС» (ООО «ТАИФ-НК АЗС»), г. Казань ИНН 1639028805	ОС	ГОСТ 8.346-2000 «ГСИ. Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические. Методика поверки»	5 лет	Общество с ограниченной ответственностью «ТАИФ-НК АЗС» (ООО «ТАИФ-НК АЗС»), г. Казань ИНН 1639028805	ООО «Метро-КонТ», г. Казань	03.04.2026
8.	Система измерений количества и показателей качества нефти № 113	Обозначение отсутствует	Е	98800-26	113	Акционерное общество «Нефтегаз Югра» (АО «Нефтегаз Югра»), Ханты-Мансийский а.окр. - Югра, г. Нягань ИНН 8601013859	Акционерное общество «Нефтегаз Югра» (АО «Нефтегаз Югра»), Ханты-Мансийский а.окр. - Югра, г. Нягань ИНН 8601013859	ОС	ВЯ.31.1100 560.00 МП «ГСИ. Система измерений количества и показателей качества нефти № 113. Методика поверки»	1 год	Акционерное общество «Нефтегаз Югра» (АО «Нефтегаз Югра»), Ханты-Мансийский а.окр. - Югра, г. Нягань ИНН 8601013859	ФБУ «Тюменский ЦСМ», г. Тюмень	20.03.2026
9.	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО	Обозначение отсутствует	Е	98801-26	3/78	Общество с ограниченной ответственностью «Лента» (ООО «Лента»), г. Санкт-Петербург ИНН 7814148471	Общество с ограниченной ответственностью «Лента» (ООО «Лента»), г. Санкт-Петербург ИНН 7814148471	ОС	МП ЭПР-864-2026 «ГСИ. Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета	4 года	Общество с ограниченной ответственностью «Лента» (ООО «Лента»), г. Санкт-Петербург ИНН 7814148471	ООО «ЭнергоПромРесурс», Московская обл., г. Красногорск	20.03.2025

	«Лента» ТК-78							электро-энергии (АИИС КУЭ) ООО «Лента» ТК-78. Методика поверки»					
10.	Тепловизоры инфракрасные портативные	EATECH	C	98802-26	№ ZC02B2100194 (модель H120V), № ZC13AF023170198 (модель HF210)	Wuhan Tongsheng Technology Co., LTD, Китай	Wuhan Tongsheng Technology Co., LTD, Китай	ОС	РТ-МП-469-207-2026 «ГСИ. Тепловизоры инфракрасные портативные EATECH. Методика поверки»	1 год	Общество с ограниченной ответственностью «ГК РЕ-СУРС» (ООО «ГК РЕ-СУРС»), г. Москва ИНН 7714934672	ФБУ «НИЦ ПМ - Ростест», г. Москва	07.04.2026
11.	Тепловизоры инфракрасные	EATECH	C	98803-26	ZC16B3024280039 (модель F6)	Wuhan Tongsheng Technology Co., LTD, Китай	Wuhan Tongsheng Technology Co., LTD, Китай	ОС	РТ-МП-470-207-2026 «ГСИ. Тепловизоры инфракрасные EATECH. Методика поверки»	1 год	Общество с ограниченной ответственностью «ГК РЕ-СУРС» (ООО «ГК РЕ-СУРС»), г. Москва ИНН 7714934672	ФБУ «НИЦ ПМ - Ростест», г. Москва	07.04.2026
12.	Термопреобразователи сопротивления взрывозащищенные	EWZ	C	98804-26	K253024 (EWZP-MH), K253028 (EWZP-M2), K253021 (EWZP-D), K253022 (EWZC-D), K253025 (EWZP-MH)	Nanyang Huaye Explosion Protected Instrument Co., Ltd., Китай	Nanyang Huaye Explosion Protected Instrument Co., Ltd., Китай	ОС	РТ-МП-575-207-2026 «ГСИ. Термопреобразователи сопротивления взрывозащищенные EWZ. Методика по-	4 года; 2 года - для ТС с нижним пределом диапазона измерений	Shanghai Outao Testing Technology Service Co., Ltd., Китай	ФБУ «НИЦ ПМ - Ростест», г. Москва	26.03.2026

									верки»	от минус 60 °С до минус 50 °С не включ.			
13.	Термопреобразователи сопротивления платиновые	WZ	C	98805-26	K253028 (WZPM2), K253023 (WZPM2), K253026 (WZPD2), K253027 (WZPD2), K253029 (WZPK)	Nanyang Huaye Explosion Protected Instrument Co., Ltd., Китай	Nanyang Huaye Explosion Protected Instrument Co., Ltd., Китай	ОС	РТ-МП-576-207-2026 «ГСИ. Термопреобразователи сопротивления платиновые WZ. Методика поверки»	4 года; 2 года - для ТС с нижним пределом диапазона измерений от минус 60 °С до минус 50 °С не включ.	Shanghai Outao Testing Technology Service Co., Ltd., Китай	ФБУ «НИЦ ПМ - Ростест», г. Москва	26.03.2026
14.	Преобразователи давления расплава измерительные	РТВ	C	98806-26	РТВ-35МПа-1-1 № QCA 04525, РТВ-10МПа-1-1 № QCA 04534, РТВ-10МПа-1-1 № QCA 04535, РТВ-10МПа-1-1 № QCA 04536, РТВ-3,5МПа-1-1 № QCA 04537, РТВ-3,5МПа-1-1 № QCA 04538, РТВ-3,5МПа-1-1 № QCA 04539, РТВ-35МПа-1-1 № QCA 05501, РТВ-35МПа-1-1 №	Shanghai Sensoriot Technology Co., Ltd, Китай	Shanghai Sensoriot Technology Co., Ltd, Китай	ОС	МИ 1997-89 «ГСИ. Преобразователи давления измерительные. Методика поверки»	1 год	«Mambo Technical Service Co., Ltd.», Китай	ФБУ «НИЦ ПМ - Ростест», г. Москва	20.05.2026

					QCA 05502, РТВ-35МПа-1-1 № QCA 05503								
15.	Термопреобразователи многоточечные	ЭЛЕ-МЕР-2240	С	98807-26	00001 (исполнение ЭЛЕМЕР-2240/Ех/УХЛ.1/ТС 565/1500/3/150,500, 850/Pt100/1/6В/4/-50...+250°C), 00002 (исполнение ЭЛЕ-МЕР-2240/ОП/УХЛ.1/ТС 566/1500/3/150,500,850/Pt100/A/4/-196...+100 °C)	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «ЭЛЕМЕР» (ООО НПП «ЭЛЕМЕР»), г. Москва, г. Зеленоград ИНН 5044003551	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «ЭЛЕМЕР» (ООО НПП «ЭЛЕМЕР»), г. Москва, г. Зеленоград ИНН 5044003551	ОС	РТ-МП-1737-207-2025 «ГСИ. Термопреобразователи многоточечные ЭЛЕМЕР-2240. Методика поверки»	4 года (для ЭЛЕ-МЕР-2240 с ТС классов «А», «В» и с диапазоном измерений температуры, не выходящим за пределы диапазона от минус 50 °С до плюс 200 °С); 2 года; 1 год (для ЭЛЕ-МЕР-2240 с ТС	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «ЭЛЕМЕР» (ООО НПП «ЭЛЕМЕР»), г. Москва, г. Зеленоград ИНН 5044003551	ФБУ «НИЦ ПМ - Ростест», г. Москва	25.03.2026

										класса «1/6 В» и верхним пределом диапазона измерений температуры свыше плюс 250 °С)			
16.	Измеритель угла поворота и усилия на рулевом колесе	SFA-E-150NMS A20	E	98808-26	477110001	Kyowa Electronic Instruments Co., Ltd., Япония	Kyowa Electronic Instruments Co., Ltd., Япония	ОС	МП-1078-2025 «ГСИ. Измеритель угла поворота и усилия на рулевом колесе SFA-E-150NMSA20. Методика поверки»	1 год	Общество с ограниченной ответственностью «Объединенный инженерный центр» (ООО «ОИЦ»), г. Нижний Новгород ИНН 5256070140	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ Метрология», г. Чехов	24.02.2026
17.	Установка стационарная трубопоршневая поверочная	Прувер С-0,05	E	98809-26	37	Открытое акционерное общество «ОАО Нефтемаш» (ОАО «Нефтемаш»), г. Октябрьский, Республика Башкортостан ИНН	Акционерное общество «Самаранефтегаз» (АО «Самаранефтегаз»), г. Самара ИНН 6315229162	ОС	МИ 2974-2006 «Рекомендация. ГСИ. Установки поверочные трубопоршневые 2-го разряда. Методика поверки»	2 года	Акционерное общество «Самаранефтегаз» (АО «Самаранефтегаз»), г. Самара ИНН 6315229162	АО «Нефтеавтоматика», г. Казань	27.03.2026

						0265005798			дика по- верки тру- бопоршне- вой пове- рочной установкой 1-го разря- да с компа- ратором»				
18.	Весы меди- цинские напольные	ВМН	С	98810-26	ВМН-200-20-Д1- Т1-П1-И с серий- ным № 00002, ВМН-200-20-Д2- Т2-П2-И с серий- ным № 00001	Общество с ограниченной ответственно- стью «Тамбов- ский завод медицинских технологий» (ООО «Там- бовский завод медицинских технологий»), г. Тамбов ИНН 6829150930	Общество с ограниченной ответственно- стью «Тамбов- ский завод медицинских технологий» (ООО «Там- бовский завод медицинских технологий»), г. Тамбов ИНН 6829150930	ОС	ГОСТ OIML R 76-1-2011 «ГСИ. Ве- сы неавто- матическо- го дей- ствия. Часть 1. Метроло- гические и техниче- ские тре- бования. Испыта- ния» (при- ложение ДА)	1 год	Общество с ограниченной ответственно- стью «Тамбов- ский завод ме- дицинских технологий» (ООО «Там- бовский завод медицинских технологий»), г. Тамбов ИНН 6829150930	АО «Медтех- ника», г. Волгоград	23.12.2025