

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «17» _____ июля 2026 г. № 1404

Сведения
об утвержденном типе средства измерений, подлежащие изменению
в части сведений об интервале между поверками

№ п/п	Наименование типа	Обозначение типа	Регистрационный номер в ФИФ	Правообладатель	Устанавливаемый интервал между поверками	Заявитель	Юридическое лицо, проводившее испытания
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Преобразователи давления	DMP305X	97600-26	Shanghai LEEG Instruments CO., Ltd., Китай	3 года для преобразователей с КТ свыше 0,06; 2 года для преобразователей с КТ свыше 0,025 до 0,06	Общество с ограниченной ответственностью «ОЛЛ ИН ПРОМ» (ООО «ОЛЛ ИН ПРОМ»), г. Москва	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ Метрология», Московская обл., г. Чехов