

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от « 21 » _____ июля 2026 г. № 1427

Сведения
об утвержденных типах средств измерений

№ п/ п	Наименование типа	Обозначение типа	Код характера производства	Рег. Номер	Зав. номер(а) *	Изготовители	Правообладатель	Код идентификации производства	Методика поверки	Интервал между поверками	Заявитель	Юридическое лицо, проводившее испытания	Дата утверждения акта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Теплосчетчики ультразвуковые	БАЗА СТ-12У-01	С	99000-26	БАЗА СТ-12У-01 М-Bus Ду15-0,6 с зав. № 25001988; БАЗА СТ-12У-01 RS-485 Ду20-2,5 с зав. № 26012137; БАЗА СТ-12У-01 LoRaWan Ду15-0,6 с зав. № 26012136; БАЗА СТ-12У-01 LoRaWan Ду20-2,5 с зав. № 25001986	Общество с ограниченной ответственностью «Инновации и проектные решения» (ООО «Инновации и проектные решения»), г. Королев, Московская обл., ИНН 5018222645	Общество с ограниченной ответственностью «Инновации и проектные решения» (ООО «Инновации и проектные решения»), г. Королев, Московская обл., ИНН 5018222645	ОС	МЦКЛ.040 8.МП «ГСИ. Теплосчетчики ультразвуковые БАЗА СТ-12У-01. Методика поверки»	4 года	Общество с ограниченной ответственностью «Инновации и проектные решения» (ООО «Инновации и проектные решения»), г. Королев, Московская обл., ИНН 5018222645	ЗАО КИП «МЦЭ», г. Москва	18.03.2026
2.	Акселерометры	1С212Н А-15	С	99001-26	26001, 26002, 26003, 26004, 26005, 26006, 26007, 26008, 26009, 26010, 26011, 26012,	Общество с ограниченной ответственностью «ГТЛАБ» (ООО «ГТЛАБ»),	Общество с ограниченной ответственностью «ГТЛАБ» (ООО «ГТЛАБ»),	ОС	МП А3009.0605 -2026 «ГСИ. Акселерометры	3 года	Общество с ограниченной ответственностью «ГТЛАБ» (ООО «ГТЛАБ»),	ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл.	27.03.2026

					26013, 26014, 26015, 26016, 26017, 26018, 26019, 26020, 26021, 26022, 26023, 26024, 26025, 26026, 26027, 26028, 26029, 26030, 26031, 26032, 26033, 26034, 26035, 26036, 26037, 26038, 26039, 26040, 26041, 26042, 26043, 26044, 26045, 26046, 26047, 26048, 26049, 26050, 26051, 26052, 26053, 26054, 26055, 26056, 26057, 26058, 26059, 26060, 26061, 26062, 26063, 26064, 26065, 26066, 26067, 26068, 26069, 26070, 26071, 26072, 26073, 26074, 26075, 26076, 26077, 26078, 26079, 26080, 26081, 26082, 26083, 26084, 26085, 26086, 26087, 26088, 26089, 26090, 26091, 26092, 26093, 26094,	Нижегород- ская обл., г. Саров, ИНН 5254494306	Нижегород- ская обл., г. Саров, ИНН 5254494306		1С212НА- 15. Мето- дика по- верки»		Нижегород- ская обл., г. Саров, ИНН 5254494306		
--	--	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--

					26095, 26096, 26097, 26098, 26099, 26100								
3.	Имитаторы солнечных батарей мо- дульные	Keysight MP4300 A	E	99002-26	Базовый блок Keysight MP4302A, заводской номер КА-000018701 и сменные модули Keysight MP4352A, заводские номера КА-000018711, КА- 000018712, КА- 000018713, КА- 000018714; Базо- вый блок Keysight MP4302A, завод- ской номер КА- 000018702 и смен- ные модули Keysight MP4352A, заводские номера КА-000018715, КА- 000018716, КА- 000018717, КА- 000018718; Базо- вый блок Keysight MP4302A, завод- ской номер КА- 000018703 и смен- ные модули Keysight MP4352A, заводские номера КА-000018719, КА- 000018720, КА- 000018721, КА- 000018722; Базо- вый блок Keysight MP4302A, завод- ской номер КА- 000018704 и смен- ные модули	«Keysight Technologies Malaysia Sdn. Bhd.», Малайзия	«Keysight Technologies Malaysia Sdn. Bhd.», Малайзия	ОС	РТ-МП- 608-551- 2026 «ГСИ. Имитаторы солнечных батарей модульные Keysight MP4300A. Методика поверки»	2 года	Акционерное общество «Акметрон» (АО «Акмет- рон»)), г. Москва, ИНН 7723827170	ФБУ «НИЦ ПМ - Ростест», г. Москва	14.05.2026

					Keysight MP4352A, заводские номера КА-000018723, КА-000018724, КА-000018725, КА-000018726								
4.	Клещи токо-измерительные цифровые	iCartool	С	99003-26	модификация IC-M200A зав. № H12E-J449482, модификация IC-M210D зав. № H12E-J450860, модификация IC-M207D зав. № H12E-J444555	Dongguan Habotest Instrument Technology Co., Ltd., Китай	Dongguan Habotest Instrument Technology Co., Ltd., Китай	ОС	МП-НИЦЭ-174-25 «ГСИ. Клещи токоизмерительные цифровые iCartool. Методика поверки»	2 года	Общество с ограниченной ответственностью «АУТЕЛ РУС» (ООО «АУТЕЛ РУС»), г. Москва, ИНН 7720778654	ООО «НИЦ «ЭНЕРГО», г. Москва	20.04.2026
5.	Трансформаторы комбинированные измерительные	ЕСИТ-3	С	99004-26	Модификация ЕСИТ-3-20-50(1250)-24-TX2-R1 с зав. № 141	Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Энергосервис» (ООО «Инженерный центр «Энергосервис»», г. Москва, ИНН 7722330113	Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Энергосервис» (ООО «Инженерный центр «Энергосервис»», г. Москва, ИНН 7722330113	ОС	ЕСИТ.26514 3.003 МП «ГСИ. Трансформаторы комбинированные измерительные ЕСИТ-3. Методика поверки»	8 лет	Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Энергосервис» (ООО «Инженерный центр «Энергосервис»», г. Москва, ИНН 7722330113	ООО «НИЦ «ЭНЕРГО», г. Москва	06.04.2026
6.	Трансформаторы тока	LMZK-1.2D	С	99005-26	Мод. LMZK-1.2D-85/135 № 26010619010001; Мод. LMZK-1.2D-130/90 № 26010619020001, № 26010619030001; Мод. LMZK-1.2D-225A/90 № 26010619040001	Dalian No.1 Instrument Transformer Co., Ltd., Китай	Dalian No.1 Instrument Transformer Co., Ltd., Китай	ОС	РТ-МП-516-201/1.1-2026 «ГСИ. Трансформаторы тока LMZK-1.2D. Методика поверки»	8 лет	Mambo Technical Service Co., Ltd., Китай	ФБУ «НИЦ ПМ - Ростест», г. Москва	23.03.2026
7.	Хроматограф	Аль-	Е	99006-26	004	Закрытое ак-	Общество с	ОС	РТ-МП-	1 год	Федеральное	ФБУ «НИЦ	27.05.2026

	жидкостный высокоэффективный	фахром				пионерное общество Институт хроматографии «ЭкоНова» (ЗАО ИХ «ЭкоНова»), г. Новосибирск, ИНН 5433100741	ограниченной ответственностью Институт хроматографии «ЭкоНова» (ООО ИХ «ЭкоНова»), г. Новосибирск, ИНН 5408013164		467-705-2026 «ГСИ. Хроматограф жидкостный высокоэффективный Альфахром. Методика поверки»		бюджетное учреждение «Научно-исследовательский центр прикладной метрологии - Ростест» (ФБУ «НИЦ ПМ - Ростест»), г. Москва, ИНН 7727061249	ПМ - Ростест», г. Москва	
8.	Преобразователи измерительные	E9300B	E	99007-26	300535, 300536, 300537	Keysight Technologies, Inc, Соединенные Штаты Америки; производственная площадка Keysight Technologies Microwave Products (M) Sdn. Bhd., Малайзия	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Азимут» (ООО «НПП «Азимут»), Московская обл., г.о. Серпухов, д. Арнеево, ИНН 9724063139	ОС	РТ-МП-178-441-2026 «ГСИ. Преобразователи измерительные E9300B. Методика поверки»	1 год	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Азимут» (ООО «НПП «Азимут»), Московская обл., г.о. Серпухов, д. Арнеево, ИНН 9724063139	ФБУ «НИЦ ПМ - Ростест», г. Москва	27.05.2026
9.	Расходомеры электромагнитные	SX	C	99008-26	DN15 зав. № SX2511P01; DN80 зав. № SX2511P02, SX2511P04; DN150 зав. № SX2511P05	«Shanghai Automation Instrumentation Co., Ltd.», Китай	«Shanghai Automation Instrumentation Co., Ltd.», Китай	ОС	РТ-МП-285-208-2026 «ГСИ. Расходомеры электромагнитные SX. Методика поверки»	5 лет	Mambo Technical Service Co., Ltd, Китай	ФБУ «НИЦ ПМ - Ростест», г. Москва	14.05.2026
10.	Трансформаторы напряжения ем-	DFK	E	99009-26	Модификация DFK-245 зав. № 0817246/5,	Фирма «Electrotecnica Argentine Her-	Фирма «Electrotecnica Argentine Her-	ОС	ГОСТ 8.216-2011 «ГСИ.	4 года	Общество с ограниченной ответствен-	ФБУ «НИЦ ПМ - Ростест», г. Москва	14.04.2026

	костные				0817246/6, 0817246/7, 12003211/1, 12003211/2, 12003211/3, 12003211/4, 12003211/5, 12003211/6; Модификация DFK-525 зав. №№ 0511335/10, 0511335/11, 0511335/15, 0802135/1, 0802135/2, 0802135/3, 0802139/2, 0802139/7, 0802139/8, 0802139/11, 0802139/12, 0802139/13, 0805647/11, 0805647/13, 0805647/14, 11020079/1, 11020079/2, 11020079/3	manos, S.A.», Испания	manos, S.A.», Испания		Трансформаторы напряжения. Методика поверки»		стью «Инженерный центр «ЭНЕРГОАУДИТ-КОНТРОЛЬ» (ООО «ИЦ ЭАК»), г. Москва, ИНН 7733157421		
11.	Расходомеры-счетчики массовые кориолисовые	OPTIMA SS x400	C	99010-26	OPTIMASS 1400 с серийным № G250000008314056, OPTIMASS 2400 с серийным G250000008704196	«KROHNE Ltd.», Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии	«KROHNE Ltd.», Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии	ОС	РТ-МП-634-208-2026 «ГСИ. Расходомеры-счетчики массовые кориолисовые OPTIMASS x400. Методика поверки»	5 лет - при изменении расхода и/или количества жидкости; 4 года - при	Общество с ограниченной ответственностью «Карбо Инжиниринг» (ООО «Карбо Инжиниринг»), г. Санкт-Петербург, ИНН 7816683033	ФБУ «НИЦ ПМ - Ростест», г. Москва	25.05.2026

										изме- рении расхо- да и/или коли- чества газа; 1 год - при изме- рении расхо- да и/или коли- чества нефти; 1 год - канал изме- рения плот- ности			
12.	Расходо- меры-счетчики электромаг- нитные	AVAN MAG	C	99011-26	000006, 000007, 000009	Общество с ограниченной ответственно- стью «Евро- прибор» (ООО «Европри- бор»), г. Чебоксары, ИНН 2130122469	Общество с ограниченной ответственно- стью «Евро- прибор» (ООО «Европри- бор»), г. Чебоксары, ИНН 2130122469	ОС	РТ-МП- 2050-208- 2025 «ГСИ. Расходо- меры- счетчики электро- магнитные AVAN MAG. Ме- тодика по- верки»	5 лет	Общество с ограниченной ответственно- стью «Евро- прибор» (ООО «Европри- бор»), г. Чебоксары, ИНН 2130122469	ФБУ «НИЦ ПМ - Ростест», г. Москва	26.05.2026
13.	Пирометры инфракрас- ные	СЕМ	C	99012-26	2512056776 (IR- 865), 2512060411 (IR-861), 2512060655 (IR- 869), 190416504	SHENZHEN EVERBEST MACHINERY INDUSTRY CO., LTD,	SHENZHEN EVERBEST MACHINERY INDUSTRY CO., LTD,	ОС	РТ-МП- 527-207- 2026 «ГСИ. Пирометры инфра-	1 год	Общество с ограниченной ответственно- стью «СЕМ ТЕСТ ИН-	ФБУ «НИЦ ПМ - Ростест», г. Москва	03.04.2026

					(DT-830), 190416502 (DT-836), 211235208 (IR-68), 211235201 (IR-68)	Китай	Китай		красные СЕМ. Методика поверки»		СТРУМЕНТ» (ООО «СЕМ ТЕСТ ИНСТРУМЕНТ»), Московская обл., г. Красногорск, ИНН 5024176637		
14.	Измерители температуры трансформаторов волоконно-оптические	SY-FFTM	С	99013-26	2025.11.1016772 (исполнение повышенной точности), 2025.11.1016596 (исполнение повышенной точности)	Dalian Shiyou Electric Power Technology Co., Ltd., Китай	Dalian Shiyou Electric Power Technology Co., Ltd., Китай	ОС	РТ-МП-444-207-2026 «ГСИ. Измерители температуры трансформаторов волоконно-оптические SY-FFTM. Методика поверки»	2 года	«Mambo Technical Service Co., Ltd», Китай	ФБУ «НИЦ ПМ - Ростест», г. Москва	25.03.2026
15.	Система измерительная объемного расхода и объема природного газа на ГРПБ-90 СП «Хабаровская ТЭЦ-2»	Обозначение отсутствует	Е	99027-26	98	Общество с ограниченной ответственностью Завод «Газпроммаш» (ООО Завод «Газпроммаш»), г. Саратов, ИНН 6450027395	Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания» (АО «ДГК»), г. Хабаровск, ИНН 1434031363	ОС	МП 1505/1-311229-2025 «ГСИ. Система измерительная объемного расхода и объема природного газа на ГРПБ-90 СП «Хабаровская ТЭЦ-2». Методика поверки»	2 года	Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания» структурное подразделение «Хабаровская ТЭЦ-2» (АО «ДГК» СП «Хабаровская ТЭЦ-2»), г. Хабаровск, ИНН 1434031363	ООО ЦМ «СТП», г. Казань	15.05.2025
16.	Система измерительная	Обозначение	Е	99028-26	В040000000079	Акционерное общество	Акционерное общество	ОС	МП 2801/1-311229-	1 год	Акционерное общество	ООО ЦМ «СТП»,	28.01.2026

	объемного расхода и объема природного газа СП «Комсомольская ТЭЦ-3» АО «ДГК»	отсутствует				«Дальневосточная генерирующая компания» (АО «ДГК»), г. Хабаровск, ИНН 1434031363	«Дальневосточная генерирующая компания» (АО «ДГК»), г. Хабаровск, ИНН 1434031363		2026 «Государственная система обеспечения единства измерений. Система измерительная объемного расхода и объема природного газа СП «Комсомольская ТЭЦ-3» АО «ДГК». Методика поверки»		«Дальневосточная генерирующая компания» структурное подразделение «Комсомольская ТЭЦ-3» (АО «ДГК» СП «Комсомольская ТЭЦ-3»), г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, ИНН 1434031363	г. Казань	
17.	Система измерительная объемного расхода и объема природного газа, потребляемого в/к «Дземги» СП «Комсомольская ТЭЦ-3» АО «ДГК»	Обозначение отсутствует	Е	99029-26	В040000000029	Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания» (АО «ДГК»), г. Хабаровск, ИНН 1434031363	Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания» (АО «ДГК»), г. Хабаровск, ИНН 1434031363	ОС	МП 2701/1-311229-2026 «Государственная система обеспечения единства измерений. Система измерительная объемного расхода и объема природного газа, потребляемого в/к «Дземги»	2 года	Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания» структурное подразделение «Комсомольская ТЭЦ-3» (АО «ДГК» СП «Комсомольская ТЭЦ-3»), г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, ИНН 1434031363	ООО ЦМ «СТП», г. Казань	27.01.2026

									СП «Ком- сомольская ТЭЦ-3» АО «ДГК». Методика поверки»				
18.	Весы анали- тические неавтомати- ческого дей- ствия	Vespa	С	99030-26	модификация OVA-S12531K с зав. № 2300001; модификация OVA-6000 с зав. № 2300021; модифи- кация OVA-604K с зав. № 2300016	Общество с ограниченной ответственно- стью «Сто пу- дов» (ООО «Сто пудов»), г. Санкт- Петербург, ИНН 7838082220	Общество с ограниченной ответственно- стью «Сто пу- дов» (ООО «Сто пудов»), г. Санкт- Петербург, ИНН 7838082220	ОС	ГОСТ OIML R 76-1-2011 «ГСИ. Ве- сы неавто- матическо- го дей- ствия. Часть 1. Метроло- гические и техниче- ские тре- бования. Испыта- ния» (при- ложение ДА)	1 год	Общество с ограниченной ответственно- стью «Сто пу- дов» (ООО «Сто пудов»), г. Санкт- Петербург, ИНН 7838082220	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ Метро- логия», г. Чехов, Московская обл.	25.05.2026
19.	Катушки токовые АКМЕТЕХ	ATMD5 020	С	99031-26	25040610101	Акционерное общество «Акметрон» (АО «Акмет- рон»), г. Москва, ИНН 7723827170	Акционерное общество «Акметрон» (АО «Акмет- рон»), г. Москва, ИНН 7723827170	ОС	РТ-МП-30- 551-2026 «ГСИ. Ка- тушки то- ковые AkmeTech ATMD5020 . Методика поверки»	2 года	Акционерное общество «Акметрон» (АО «Акмет- рон»), г. Москва, ИНН 7723827170	ФБУ «НИЦ ПМ - Ростест», г. Москва	30.03.2026