

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «10 __» августа 2026 г. № 1577

Сведения
об утвержденных типах средств измерений

№ п/п	Наименование типа	Обозначение типа	Код характера производства	Рег. Номер	Зав. номер(а) *	Изготовители	Правообладатель	Код идентификации производства	Методика поверки	Интервал между поверками	Заявитель	Юридическое лицо, проводившее испытание	Дата утверждения акта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Уровнемер радарный	МСУ-025-РД	Е	99114-26	У2025030001	Общество с ограниченной ответственностью «Метрологический Сервисный Центр» (ООО «МСЦ»), г. Челябинск ИНН 7447282421	Общество с ограниченной ответственностью «Метрологический Сервисный Центр» (ООО «МСЦ»), г. Челябинск ИНН 7447282421	ОС	РТ-МП-626-208-2026 «ГСИ. Уровнемер радарный МСУ-025-Р. Методика поверки»	1 год; 3 года - при работе при избыточном давлении; 5 лет - при измерении уровня сжиженных газов	Общество с ограниченной ответственностью «Метрологический Сервисный Центр» (ООО «МСЦ»), г. Челябинск ИНН 7447282421	ФБУ «НИЦ ПМ - Ростест», г. Москва	21.05.2026
2.	Трансформаторы тока	ТФЗМ	Е	99117-26	ТФЗМ 35А-У1 зав. №№ 74027, 74028,	Открытое акционерное	Открытое акционерное	ОС	ГОСТ 8.217-2024	4 года	Общество с ограниченной	ФБУ «НИЦ ПМ - Ростест»,	23.06.2026

					74029; ТФЗМ 110Б-I У1 зав. №№ 60164, 60290, 60305; ТФЗМ 110Б-IV У1 зав. №№ 12084, 12085, 12098	общество «Запорожский завод высоковольтной аппаратуры» (ОАО «ЗЗВА»), г. Запорожье	общество «Запорожский завод высоковольтной аппаратуры» (ОАО «ЗЗВА»), г. Запорожье		«ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки»		ответственно-стью «Инженерный центр «ЭНЕРГОАУДИТ-КОНТРОЛЬ» (ООО «ИЦ ЭАК»), г. Москва ИНН 7733157421	г. Москва	
--	--	--	--	--	--	---	---	--	--	--	---	-----------	--