

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от « 10 » августа 2026 г. № 1585

Сведения
об утвержденных типах средств измерений

№ п/ п	Наименование типа	Обозначение типа	Код характера производства	Рег. Номер	Зав. номер(а) *	Изготовители	Правообладатель	Код идентификации производства	Методика поверки	Интервал между поверками	Заявитель	Юридическое лицо, проводившее испытания	Дата утверждения акта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Спектрометры энергии гамма-излучения многоканальные	Спес- RAM	С	99139-26	SPR3A/0524/033	LabLogic Systems Limited, Co-единенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии	LabLogic Systems Limited, Co-единенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии	ОС	МП 2102-066-2026 «ГСИ. Спектрометры энергии гамма-излучения многоканальные Спес-RAM. Методика поверки»	1 год	Общество с ограниченной ответственностью «ГАМ-МАТЕХ» (ООО «ГАМ-МАТЕХ»), г. Москва ИНН 5027265620	ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», г. Санкт-Петербург	27.04.2026
2.	Источники питания постоянного тока	ИПП51	С	99140-26	модификация ИПП5135-100, заводской номер 2503513001G; модификация ИПП51120-25, заводской номер 2505635154F; модификация	Shandong Ainuo Intelligent Instrument Co Ltd., Китай	Shandong Ainuo Intelligent Instrument Co Ltd., Китай	ОС	РВНЕ.0011-2026 МП «ГСИ. Источники питания постоянного тока ИПП51. Методика	2 года	Акционерное общество «Научно-производственная фирма «Диполь» (АО «НПФ «Диполь»), г. Санкт-	ООО «РАВ-НОВЕСИЕ», г. Москва	23.06.2026

					ИПП51300-10, заводской номер 2503035121F				поверки»		Петербург ИНН 7804137537		
3.	Газоанализаторы	SFOCX-400	C	99141-26	O04X1X0001	Guoyi (Beijing) Analytical Instrument Co., LTD, Китай	Guoyi (Beijing) Analytical Instrument Co., LTD, Китай	ОС	МП-1124-2026 «ГСИ. Газоанализаторы SFOCX-400. Методика поверки»	1 год	Guoyi (Beijing) Analytical Instrument Co., LTD, Китай	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ Метрология», Московская обл., г. Чехов	29.04.2026
4.	Спектрофотометры	ND-100	C	99142-26	Модификация ND-100 с сер. № MU-E72-91044, модификация ND-100C с сер. № MU-E199-91036, модификация ND-100F с сер. № MU-E203-91013	Hangzhou Miu Instruments Co., Ltd, Китай	Hangzhou Miu Instruments Co., Ltd, Китай	ОС	МП 032.Д4-25 «ГСИ. Спектрофотометры ND-100. Методика поверки»	1 год	Общество с ограниченной ответственностью «Компания Пущинские лаборатории» (ООО «Компания Пущинские лаборатории»), Московская обл., г. Пущино ИНН 5043054850	ФГБУ «ВНИИОФИ», г. Москва	05.05.2026
5.	Реометры Брукфильда	PVS-230	C	99143-26	86077200, 86077202	Фирма «BROOKFIELD ENGINEERING LABORATORIES, INC.», Соединенные Штаты Америки	Фирма «BROOKFIELD ENGINEERING LABORATORIES, INC.», Соединенные Штаты Америки	ОС	МП 8-251-2026 «ГСИ. Реометры Брукфильда PVS-230. Методика поверки»	1 год	Общество с ограниченной ответственностью «Итекс Инжиниринг» (ООО «Итекс Инжиниринг»), г. Москва ИНН 7751010608	УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», г. Екатеринбург	06.05.2026
6.	Наборы пробных очковых линз упрощенные	НПУ-69-01	C	99144-26	25Г340	Общество с ограниченной ответственностью Маркетингово-	Общество с ограниченной ответственностью Маркетингово-	ОС	РТ-МП-331-448-2026 «ГСИ. Наборы пробных	2 года	Общество с ограниченной ответственностью Маркетингово-	ФБУ «НИЦ ПМ - Ростест», г. Москва	19.05.2026

						разработочное предприятие «Техноаргус» (ООО МРП «Техноаргус»), г. Москва ИНН 7716033345	разработочное предприятие «Техноаргус» (ООО МРП «Техноаргус»), г. Москва ИНН 7716033345		очковых линз упрощенные НПУ-69-01. Методика поверки»		разработочное предприятие «Техноаргус» (ООО МРП «Техноаргус»), г. Москва ИНН 7716033345		
7.	Спектрометры оптико-эмиссионные	Metal Power	С	99145-26	Модель Metavision 8i-VX с сер. № 1224120012	Фирма «Metal Power Analytical Pvt. Ltd», Индия	Фирма «Metal Power Analytical Pvt. Ltd», Индия	ОС	МП 46-251-2025 «ГСИ. Спектрометры оптико-эмиссионные Metal Power. Методика поверки»	1 год	Общество с ограниченной ответственностью «Мелитэк» (ООО «Мелитэк»), г. Москва ИНН 7728644821	УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», г. Екатеринбург	18.05.2026
8.	Автоцистерны и автотопливозаправщики	ТАНКОЙЛ	С	99146-26	Автоцистерна ТАНКОЙЛ-2.0, серийный номер 2R20001; Автоцистерна ТАНКОЙЛ-7.0, серийный номер 2R70001; Автоцистерна ТАНКОЙЛ-12.0, серийный номер 2R120001; Автотопливозаправщик ТАНКОЙЛ-20.0, серийный номер 24A200001	Общество с ограниченной ответственностью «ТАНКОЙЛ» (ООО «ТАНКОЙЛ»), г. Иваново ИНН 3702746300	Общество с ограниченной ответственностью «ТАНКОЙЛ» (ООО «ТАНКОЙЛ»), г. Иваново ИНН 3702746300	ОС	ГОСТ 8.600-2011 «ГСИ. Автоцистерны для жидких нефтепродуктов. Методика поверки»	2 года	Общество с ограниченной ответственностью «ТАНКОЙЛ» (ООО «ТАНКОЙЛ»), г. Иваново ИНН 3702746300	ЗАО КИП «МЦЭ», г. Москва	12.11.2025
9.	Приборы приемно-контрольные и управления пожарные адресные	ЭЛСАР-Р-ПК	С	99147-26	020001	Общество с ограниченной ответственностью «Комита Автоматизация» (ООО «Комита Ав-	Общество с ограниченной ответственностью «Комита Автоматизация» (ООО «Комита Ав-	ОС	РТ-МП-381-442-2026 «ГСИ. Приборы приемно-контрольные и	2 года	Общество с ограниченной ответственностью «Комита Автоматизация» (ООО «Комита Ав-	ФБУ «НИЦ ПМ - Ростест», г. Москва	20.04.2026

						томатизация)), г. Санкт-Петербург ИНН 7814815968	томатизация)), г. Санкт-Петербург ИНН 7814815968		управления пожарные адресные ЭЛСАР-Р- ПК. Методика поверки»		томатизация)), г. Санкт-Петербург ИНН 7814815968		
10.	Резервуары вертикальные цилиндрические	РВС-10000	Е	99148-26	26, 27	Общество с ограниченной ответственностью «ТЕ-ХИНВЕСТ» (ООО «ТЕ-ХИНВЕСТ»), г. Краснодар ИНН 2308182406	Общество с ограниченной ответственностью «ТЕ-ХИНВЕСТ» (ООО «ТЕ-ХИНВЕСТ»), г. Краснодар ИНН 2308182406	ОС	ГОСТ 8.570-2000 «ГСИ. Резервуары стальные вертикальные цилиндрические. Методика поверки»	5 лет	Общество с ограниченной ответственностью «ТЕ-ХИНВЕСТ» (ООО «ТЕ-ХИНВЕСТ»), г. Краснодар ИНН 2308182406	ФБУ «Липецкий ЦСМ», г. Липецк	12.05.2026
11.	Трансформаторы напряжения	НТМИ	Е	99149-26	модификация НТМИ-6-66 зав. №№ 93, 2589, 2661, 7149, 7180; модификация НТМИ-6-66У3 зав. №№ 3981, 5883, 5953, 6195, 6264, 6511, 8983, 9065, 9469, 11819, 12557, ЕУХА, ППУХВ, ПРЕВА, ПТАЕУ, УВ1У; модификация НТМИ-10-66 зав. № 1282; НТМИ-10-66У3 зав. №№ 0368, 1734, 2983, 3194, 3986, ДСТ, ППСЦ, ХРХ	Трансформаторный завод, Таджикистан (изготовлены в 1972-1990 гг.)	Трансформаторный завод, Таджикистан	ОС	ГОСТ 8.216-2011 «ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки»	4 года	Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «ЭНЕРГОАУДИТ-КОНТРОЛЬ» (ООО «ИЦ ЭАК»), г. Москва ИНН 7733157421	ФБУ «НИЦ ПМ - Ростест», г. Москва	29.06.2026
12.	Трансформаторы тока	ТВЛМ-10	Е	99150-26	000602, 000868, 13362, 17775, 20914, 27726,	Куйбышевский завод измеритель-	Куйбышевский завод измеритель-	ОС	ГОСТ 8.217-2024 «ГСИ.	4 года	Общество с ограниченной ответствен-	ФБУ «НИЦ ПМ - Ростест», г. Москва	26.06.2026

					27734, 28378, 29257, 30765, 31215, 31230, 33240, 47015, 47861, 53595, 69462, 71359, 71395, 74486, 92703	ных трансформаторов, г. Куйбышев (изготовлены в 1964-1983 гг.)	ных трансформаторов, г. Куйбышев		Трансформаторы тока. Методика поверки»		стью «Инженерный центр «ЭНЕРГОАУДИТ-КОНТРОЛЬ» (ООО «ИЦ ЭАК»), г. Москва ИНН 7733157421		
13.	Расходомеры ультразвуковые	Мх	С	99151-26	MT1600 с сер. №№ Y-PAC0602003, Y-PAC0602004, Y-PAC0602005; MF7080 с сер. №№ Y-PAC0602002, Y-PAC0602001, Y-PAC0602000	«Mezolen Instruments (Changzhou) Co., Ltd», Китай	«Mezolen Instruments (Changzhou) Co., Ltd», Китай	ОС	РТ-МП-292-208-2026 «ГСИ. Расходомеры ультразвуковые Мх. Методика поверки»	4 года - для модификации MT1600; 5 лет - для модификации MF7080	Общество с ограниченной ответственностью ГУ ОС «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ» (ООО ГК ОС «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ»), г. Люберцы, Московская обл. ИНН 5027291204	ФБУ «НИЦ ПМ - Ростест», г. Москва	27.04.2026