

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «20» августа 2026 г. № 1665

Сведения
об утвержденном типе средства измерений, подлежащие изменению
в части конструктивных изменений, влияющих на метрологические характеристики средства измерений

№ п/п	Наименование типа	Обозначение типа	Заводской номер	Регистраци- онный номер в ФИФ	Правообла- датель	Отменяемая методика поверки	Действие методики поверки сохраняется	Устанавливаема я методика поверки	Добавляемый изготовитель	Интервал между поверками	Дата утвер- ждения акта испы- та- ний	Заявитель	Юридичес- кое лицо, проводивш ее испытания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Преобразо- ватели давления измерительные	PANAM	мод. PPT-101 № 2603PP00046 , мод. PPT- 101 № 2603PP00048 , мод. PDPT- 201 № 2603PP00051 , мод. PDPT- 201 № 2603PP00053	98550-26	«PANAM ENGINEERS LTD.», Индия	-	РТ-МП-372- 202-2026 (с изменением №1)	РТ-МП-372- 202-2026 (с изменением №2) для вновь изготавли- ваемых средств измерений в дополнение к РТ-МП-372- 202-2026 (с изменением №1)	-	2 года - для преобразователей с пределами допускаемой основной погрешности ± 0,05%; 3 года - для преобразователей с пределами допускаемой основной погрешности свыше ± 0,075%	14.07 .2026	Общество с ограниченной ответственнос- тью «ПЭНАМ ИНЖИНИРЗ» (ООО «ПЭНАМ ИНЖИНИРЗ») , Московская обл., м.о Раменский, пгт. Ильинский	ФБУ «НИЦ ПМ - Ростест», г. Москва