


Государственная поверочная схема для средств измерений
дельта значения отношения изотопов углерода, кислорода, водорода, азота



Где: S — СКО (среднее квадратическое отклонение) результата измерений; Θ — НСП (неисключенная систематическая погрешность); u_a — Абсолютная стандартная неопределенность, оцененная по типу A; u_b — Абсолютная станадартная неопределенность, оцененная по типу B; U — Абсолютная расширенная неопределенность, при $k=2$; δ — Доверительные границы абсолютной погрешности при $P = 0,95$; Δ — Предел допускаемой абсолютной погрешности.