

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от « 26 » августа 2026 г. № 1707

Сведения
о признании результатов испытаний и утверждения типа, первичной поверки средств измерений

№ п/ п	Наименование типа	Обозначение типа	Регистра- ционный номер	Изготовитель	Методика поверки	Интервал между поверками	Юридическое лицо, выдавшее заключение по результатам метрологической экспертизы	Прилагаемые документы	Организация, проводящая первичную поверку	Срок действия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Преобразователи сигналов измерительные	CS	82332-26	Общество с ограниченной ответственностью «Научно- производственный центр «Европрибор» (ООО «НПЦ «Европрибор»)), Республика Беларусь	МРБ МП.3078-2021 с изменением № 3	2 года	ФБУ «НИЦ ПМ – Ростест», г. Москва	Согласно приложению № 1.1 к приказу	Республиканское унитарное предприятие «Витебский центр стандартизации, метрологии и сертификации» (РУП «Витебский ЦСМС»), Республика Беларусь	16.01.2031
2.	Измерители артериального давления	In Medical	99281-26	Открытое акционерное общество «ИНТЕГРАЛ» - управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ» филиал «Камертон» (ОАО «ИНТЕГРАЛ» - управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ» филиал «Камертон»), Республика Беларусь	МРБ МП.4096-2024 с учетом извещения об изменении № 1	1 год	ФГБУ «ВНИИОФИ», г. Москва	Согласно приложению № 1.2 к приказу	Республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный институт метрологии» (РУП «БелГИМ»), Республика Беларусь	05.12.2029