

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «²⁸_____» ^{августа}_____ 2026 г. № ¹⁷⁴¹_____

Сведения
об утвержденном типе средства измерений, подлежащие изменению
в части конструктивных изменений, влияющих на метрологические характеристики средства измерений

№ п/п	Наименование типа	Обозначение типа	Заводской номер	Регистрационный номер в ФИФ	Правообладатель	Отменяемая методика поверки	Действие методики поверки сохраняется	Устанавливаемая методика поверки	Интервал между поверками	Добавляемый изготовитель	Дата утверждения акта испытаний	Заявитель	Юридическое лицо, проводившее испытания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
1.	Расходомеры массовые	МFM	MFMP серийный № 20269820; MFMN серийный № 20269805	93020-24	«Chongqing Chuanyi Automation Co., Ltd. Flowmeter Branch», Китай	МП 208-066- 2024	-	РТ-МП-764- 208-2026	4 года – при измерении расхода и/или количества газа; 5 лет – при измерении расхода и/или количества жидкости	-	14.07. 2026	Общество с ограниченной ответствен- ностью «НОРД СЕРВИС» (ООО «НОРД СЕРВИС»), г. Москва	ФБУ «НИЦ ПМ – Ростест», г. Москва